

MASTECH ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ MY-6243
Паспорт

Прибор предназначен для измерения емкости и индуктивности в широких пределах .
Прибор имеет большой ЖК дисплей 3 1/2 разряда (максимальное отображаемое значение 1999) .
Прибор работает от батареи, легок и удобен в эксплуатации.

Общие характеристики

- автоматическая установка нуля
- метод измерения - АЦП двойного интегрирования
- индикация перегрузки ("1" в старшем разряде)
- тестовые щупы с крокодилами
- размер: 35 x 85 x 180 мм
- вес: 320г (включая батарею)
- Точность гарантирована в течении года после калибровки при температуре от 18 °C до 28°C и относительной влажности до 75%.

Основные характеристики

Питание	1 x 9В типа "КРОНА"
Индикация разряда батарей	отображается на дисплее
Предохранитель	200mA/250V
Напряжение на щупах	Макс. 2.8В пик.
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Температура хранения	от -10°C до 50°C

Спецификация

Точность измеряется в % от полной шкалы ± кол-во цифр в последнем разряде

Емкость

Предел	Разрешение	Точность	Частота
2нФ	1пФ	±1,0%±5 ед	1000Гц
20нФ	10пФ	±1,0%±5 ед	1000Гц
200нФ	100пФ	±1,0%±5 ед	1000Гц
2мкФ	1000пФ	±2,0%±5 ед	1000Гц
20мкФ	0.01мкФ	±2,0%±5 ед	100Гц
200мкФ	0.1мкФ	±2,0%±5 ед	100Гц
1000мкФ	1мкФ	±2,0%±5 ед	100Гц

Индуктивность

Предел	Разрешение	Точность	Частота
2mH	1mkH	±2,0%±5 ед	1000Гц
20 mH	10mkH	±5,0%±5 ед	1000Гц
200 mH	100mkH	±5,0%±5 ед	1000Гц
2 H	1mH	±5,0%±5 ед	1000Гц
20 H	10mH	±5,0%±5 ед	100Гц

Инструкция по измерению индуктивности.

- Установите переключатель на нужный диапазон.
- Присоедините индуктивность к щупам.
- Прочтайте показание дисплея, если на дисплее отображается «1» переключите переключатель диапазонов на большее значение.

Инструкция по измерению ёмкости.

- Установите переключатель на нужный диапазон.
- Присоедините конденсатор к щупам.
- Прочтайте показание дисплея, если на дисплее отображается «1» переключите переключатель диапазонов на большее значение.

Внимание: не используйте прибор на включенных устройствах, это может привести его в нерабочее состояние.

Внимание: при измерении ёмкости обязательно разрядите её путём замыкания выводов

Не забывайте выключать прибор!

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если на ЖК дисплее появится надпись "LOW", то надо заменить батарею. Снимите крышку батарейного отсека. Замените старую батарею на новую.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как открыть крышку батарейного отсека, убедитесь, что щупы отключены от проверяемых устройств во избежание поражения электрическим током.

Гарантийные обязательства

В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи .При наличии в паспорте даты продажи и печати торгующей организации (продавца) При этом прибор не должен иметь следов вскрытия и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором .

В случае установления факта нарушения пользователем правил эксплуатации прибор снимается с гарантии .